

Wymagany minimalny zakres doposażenia laboratorium podczyszczalni

Lp.	Nazwa	ilość
1	Termometr galowy lub rtęciowy (zakres pomiarowy od 0 do 100 stopni)	2 szt.
2	Birueta automatyczna - o pojemności min. 10ml z podziałką 0,1 ml	1 szt.
3	mieszadło magnetyczne - jednostanowiskowe	1 szt.
4	magnetyczne pałeczki mieszajace	5 szt.
5	Pipeta automatyczna - zakres 0,1ml-1ml	1 szt.
6	końcówki do pipety automatycznej - zakres 0,1ml-1ml	1000 szt.
7	Pipeta automatyczna- zakres 1 ml- 10ml	1 szt.
8	końcówki do pipety automatycznej - zakres 1 ml- 10ml	1000 szt.
9	Tlenomierz przenośny z sondą do pomiarów w wodzie i ściekach	1 szt.
doposażenie istniejącego zestawu OXI TOP WTW w sprzęt pozwalający na prowadzenie analiz BZT5:		
10	sześciostanowiskowa podstawa mieszającą z zasilaczem,	1 szt.
11	naczynia pomiarowe, w kolorze brązowym, o pojemności 510 ml z kołczanem	6 szt.
12	magnetyczne pałeczki mieszajace	6 szt.
13	pręt do wyjmowania pałeczek mieszających	1 szt.
14	kolba przelewowa 164/432 ml	1 szt.
15	zestaw odczynników do pomiaru BZT5	1 kpl.
Szkło laboratoryjne:		
16	Zlewki 150 ml	10 szt.
17	Zlewki 250ml	10 szt.
18	Zlewki 1500 ml	5 szt.
19	Kolby miarowe (elrenmeyer z szlifem) - 50 ml	10 szt.
20	Kolby miarowe (elrenmeyer z szlifem) - 250 ml	10 szt.
21	Krystalizatory szklane 60 ml	10 szt.
22	Krystalizatory szklane 150 ml	10 szt.
23	Pipety wielomiarowe - 0,5 ml	5 szt.
24	Pipety wielomiarowe - 1 ml	5 szt.
25	Pipety wielomiarowe - 10 ml	5 szt.