

l.dz./...43-U... OZP-K/02/2020/Lab.

Łężyce, 2020-01-13

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 501472-N-2020 z dnia 09.01.2020r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa urządzeń, akcesoriów i mebli stanowiących elementy wyposażenia laboratorium

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019.1843) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści (*pisownia oryginalna*):

Pytanie nr 1:

Proszę o pilne udzielenie odpowiedzi:

Poz. 9

Wieloparametrowy miernik do oznaczania pH, przewodności i potencjału redox
Czy Zamawiający dopuści miernik z obudową IP66?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga szczelności miernika nie mniej niż IP67.

Podpis Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU
Cezary Jakubowski